

2017年6月12日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部

製品名 : QCマテリアル卵
Cat. No. : M2601
Lot No. : 16NOQCEG001
有効期限 : NOV.10 2018

ELISA法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEKエライザⅡ卵(卵白アルブミン) Lot No. 16AUSFOA036	
試験結果 (卵タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	10.8
	標準偏差 (μg/g)	1.01
	相対標準偏差 (%)	9.3