

2017年6月12日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所

品質保証部

製品名 : QCマテリアル小麦
Cat. No. : M2603
Lot No. : 17APQCWH001
有効期限 : APR.21 2019

ELISA法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEKエライザⅡ小麦(グリアジン) Lot No. 16AUSFGD033	
試験結果 (小麦タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	9.55
	標準偏差 (μg/g)	0.18
	相対標準偏差 (%)	1.9