

2017年7月4日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部

製品名 : QCマテリアル卵
Cat. No. : M2601
Lot No. : 17JUQCEG002
有効期限 : JUN.15 2019

ELISA法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEKエライザⅡ卵(卵白アルブミン) Lot No. 17AUSFOA043	
試験結果 (卵タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	9.9
	標準偏差 (μg/g)	0.59
	相対標準偏差 (%)	5.9