

2017年7月3日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所

品質保証部

製品名 : QCマテリアル牛乳
Cat. No. : M2602
Lot No. : 17JUQCMI002
有効期限 : JUN.09 2019

ELISA法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEKエライザⅡ牛乳（カゼイン） Lot No. 16SESFCS034	
試験結果 (牛乳タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	9.52
	標準偏差 (μg/g)	0.16
	相対標準偏差 (%)	1.7