モリナガFASPEK エライザ II キット
そば

2016年2月　作成

ロット番号下3桁：017以降

ジャンル	対象食品	測定値 μg/g
穀類	白米粉	<0.31
	精米	<0.31
	発芽玄米	<0.31
	赤米	<0.31
	黒米	<0.31
	もち米	<0.31
	そば	
	ひえ	<0.31
	あわ	<0.31
	きび	<0.31
	小麦	<0.31
	ライクリスプ（ライ麦）	<0.31
	大麦	<0.31
	大麦麦芽	<0.31
	エン麦	<0.31
	はと麦	<0.31
	トウモロコシ	<0.31
	コーンフラワー	<0.31
	アマランサス	<0.31
	キヌア	<0.31
芋類・澱粉	サゴヤシ粉	<0.31
	じゃがいも	<0.31
	ポテトフレーク	<0.31
	山芋	<0.31
豆類	大豆	<0.31
	小豆	<0.31
	大正金時	<0.31
	グリーンピース	<0.31
	紫花豆	<0.31
	大福豆	<0.31
	虎豆	<0.31
	黒豆	<0.31
	そらまめ	0.57
種実類	落花生	<0.31
	アーモンド（ロースト）	0.48
	ピーカンナッツ（ロースト）	0.47
	カシューナッツ（ロースト）	<0.31
	マカダミアナッツ（ロースト）	<0.31
	ピスタチオ（ロースト）	0.33
	ヘーゼルナッツ（ロースト）	<0.31
	クルミ（ロースト）	<0.31
	白ごま	0.48
	いりごま（白）	1.67
	黒ごま	0.51
	いりごま（黒）	1.71
	銀杏	<0.31
	松の実	0.73
	クコの実	<0.31
	クチナシの実	0.42
	麻の実	0.93

ジャンル	対象食品	測定値 μg/g
魚介類	鮭	<0.31
	鯖	<0.31
	鮪	<0.31
	鰹節	<0.31
	イカ	<0.31
	タコ	<0.31
	ブラックタイガー	<0.31
	ズワイガニ	<0.31
	伊勢エビ	<0.31
	オマールエビ	<0.31
	あさり	<0.31
	アワビ	<0.31
	ホタテ貝柱	<0.31
	生たらこ	<0.31
	生すじこ	<0.31
肉類	牛肉	<0.31
	牛肉（加熱）	<0.31
	牛レバー	<0.31
	鶏肉	<0.31
	鶏肉（加熱）	<0.31
	鶏レバー	<0.31
	豚肉	<0.31
	豚肉（加熱）	<0.31
	豚レバー	<0.31
卵類	鶏卵	<0.31
	鶏卵（加熱）	<0.31
	乾燥全卵	<0.31
乳製品類	牛乳	<0.31
	バター	<0.31
	スキムミルク	<0.31
野菜類	トマト	<0.31
	タマネギ	<0.31
	ほうれん草	<0.31
	にんにく	<0.31
きのこ類	しいたけ	<0.31
	まつたけ	<0.31
	マッシュルーム	<0.31
果実類	オレンジ	<0.31
	キウイ	<0.31
	リンゴ	<0.31
	もも	<0.31
	バナナ	<0.31
	レーズン	<0.31
	ココナッツパウダー	<0.31
	ココナッツミルク	<0.31

ジャンル	対象食品	測定値 μg/g
コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	<0.31
	ココアパウダー	<0.31
	緑茶	<0.31
	紅茶（ダージリン）	<0.31
海藻類	あおのり	<0.31
	焼き岩のり	<0.31
	ひじき	<0.31
	めかぶ	<0.31
	生わかめ	<0.31
	日高昆布	<0.31
香辛料類	ローズマリー	<0.31
	バニラビーンズ	<0.31
	クミン	<0.31
	ポピーシード	<0.31
	フェンネル	<0.31
	山椒	<0.31
	ブラックペッパー	<0.31
	ホワイトペッパー	<0.31
	カルダモン	<0.31
	セイジ	<0.31
	クローブ	<0.31
	唐辛子粉末	1.38
	ホースラデッシュ	<0.31
	生わさび	<0.31
	しょうが	<0.31
	カレーパウダー	0.36
	ナツメグ	0.84
	シナモン	<0.31
	コリアンダー	0.67
	バジル	<0.31
	タイム	<0.31
	ローレル	<0.31
	陳皮	<0.31
	うこん	<0.31
増粘多糖類	カラギナン（イオタイプ）100倍抽出	<1.56
	カラギナン（カッパタイプ）50倍抽出	<0.78
	カラギニン（ラムダタイプ）50倍抽出	<0.78
	ジェランガム50倍抽出	<0.78
	ローカストビーンガム200倍抽出	<3.12
	ロートメトキシルペクチン50倍抽出	<0.78
	キサンタンガム50倍抽出	<0.78
	グアーガム1000倍抽出	<15.6
その他	ゼラチン	<0.31
	酵母エキス	<0.31

反応性を示す食品です

実験条件
各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。（通知法に準拠）

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。