

2007年5月18日

お客様各位

モリナガ FASPEK 落花生測定キットの牛乳偽陽性について

株式会社 森永生科学研究所



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品をご愛用いただきますこと心より御礼申し上げます。

さて、弊社製品「モリナガ FASPEK 落花生測定キット」におきまして、ロット番号 0701SAPE17S で牛乳に 1 ppm 程度の偽陽性反応を示すことが判明しました。尚、0701SAPE18S（次ロット）以降のロットについて、牛乳との反応は検出限界（0.31 ppm）未満となっております。

該当するロット番号 0701SAPE17S の FASPEK 落花生測定キットで測定され、陽性反応を示したサンプルにつきましては、サンプルをお送りいただければ弊社で偽陽性の確認を行いご報告いたします。（その際は、弊社営業部までご一報をいただければ幸いです）

お客様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫びいたします。

謹白

【本件についてのお問い合わせ】
株式会社 森永生科学研究所 営業部
TEL： 045-791-7673（代表）
FAX： 045-791-7675