

2011年6月15日

お客様各位

(株) 森永生科学研究所

品質保証部



FASPEK 落花生測定キット性能に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度他社製品におきまして、標準品の吸光度上昇により正しい検量線が作成できず測定サンプルの定量結果が低くなる可能性があるとのお知らせがございました。

各社落花生測定キットの標準品はすべて同一メーカーで製造しているため、当社製品に添付しています標準品につきましても同様の事象が生じる可能性を懸念されるお客様もいらっしゃるかと存じます。

そこで、現在流通しております当社 FASPEK 落花生測定キットにつきまして性能確認試験を行いましたところ、問題なく測定できていることが確認できました。

つきましては、ご安心して当社製品をご使用いただきますようお願いいたします。

これからも変わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白