

平成 19 年 5 月 7 日

お客様各位

「モリナガ FASPEK 特定原材料測定キット シリーズ」

特定原材料に対する反応性調査結果について

株式会社 森永生科学研究所



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。

さて、モリナガ FASPEK そば測定キットで小麦に対して 1ppm 前後の反応を示す不具合では、大変ご迷惑をおかけいたしました。この不具合を受けまして、モリナガ FASPEK 特定原材料測定キット 5 項目について、特定原材料に対する反応性調査を実施いたしました。調査の結果、各項目とも特定原材料とは反応を示さず、そば測定キット（最新ロット）では小麦に対する反応も改善されたことが確認できました。結果の詳細は下記の表をご参照下さい。

一部のお客様には製品出荷が滞り、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。これからは、品質向上および品質管理に一層の努力を払い、お客様に安心してお使いいただける製品を供給していく所存でございます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

表：各キットの測定結果

キット項目 (ロット末尾の数字)	測定対象				
	鶏卵	牛乳	小麦	そば	落花生
卵キット (26)		検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下
乳キット (25)	検出限界以下		検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下
小麦キット (26)	検出限界以下	検出限界以下		検出限界以下	検出限界以下
そばキット (23)	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下		検出限界以下
落花生キット (19)	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	

（検出限界 : 0.31  $\mu\text{g/g}$ ）