

平成 20 年 1 月 23 日

お客様 各位

「モリナガ FASPEK 特定原材料小麦測定キット」の回収および
一時販売休止に関するお詫びとお知らせ

株式会社 森永生科学研究所



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。

さて、今年 1 月上旬に弊社から出荷したモリナガ FASPEK 小麦測定キット(該当ロット番号は下記参照)に添付されている標準品の吸光度が経時的に低下することが分かりました。弊社で確認したところ、4℃の 23 日間保存で出荷検定時と比較して約 8 割に低下しています。このままでは有効期限まで保存した場合、弊社の品質規格である 50ng/mL で吸光度値 0.8~1.5 に収まらなくなることと考えられます。製品の品質に万全を期すため、該当ロットの回収をさせていただきます。誠に申し訳ございません。

原因は鋭意調査中ですが、現在製造中の次ロットも同様に標準品吸光度の低下が確認されています。つきましては、当不具合が解決できるまで FASPEK 特定原材料小麦測定キットの販売を一時休止にさせていただきます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

再販開始は 2 月中旬を目標としております。該当の代替品は不具合対策品をもってご提供させていただきます。

各お客様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫びいたします。

謹白

記

該当ロット番号：0801SAGD36a、0801SAGD36b、0801SAGD36c

以上